



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

URAD RS ZA MEROSLOVJE

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50

F: 03 428 07 60

E: gp.mirs@gov.si

www.mirs.gov.si

Štev.: 6416-7/2017/9

Datum: 4. 10. 2017

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1), ter prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17 v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja za izvajanje overitev na zahtevo Elektro Maribor d.d. Merilni laboratorij, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga v postopku zastopa g. Andrej Dolšak (v nadaljevanju: imenovana oseba), naslednjo

ODLOČBO O IMENOVANJU

S to odločbo se nadomesti odločba Urada o imenovanju št. 6416-24/2014/17 z dne 28. 5. 2015, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Indukcijski števc: - delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 - jalove električne energije točnostnega razreda 3	- prva* - redna - izredna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti. *Indukcijski števc jalove električne energije točnostnega razreda 3.
Statični števc - delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 - jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- prva* - redna - izredna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti. Razred 0,2 S se overja samo v prostorih imenovane osebe. *Statični števc delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S in jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3.

Statični števeci: - delovne električne energije točnostnih razredov A, B, C	- redna - izredna	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti.
Statični števeci: - delovne električne energije točnostnih razredov A, B, 1, 2 - jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- redna (statistično vzorčenje)	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti.
Tokovni merilni transformatorji za števecv električne energije razredov 0,2 in 0,5	- prva - izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike transformatorje (Ur. list RS, 30/02 in 28/06)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe.

2. Identifikacijska številka imenovane osebe je 377.

3. Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki, določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-056 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0163/10-0011 z dne 7. 7. 2017 ter v skladu s predpisi iz prve točke izreka te odločbe.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-056 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

4. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

5. Imenovana oseba mora:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
- nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebje), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
- sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,

- obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
- slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
- delovati v skladu z navodili Urada

6. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.

7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev:

Dne 4. 8. 2017 je imenovana oseba na podlagi pravilnika podala Zahtevo za spremembo obsega imenovanja št. 6416-7/2017/1 za imenovanje za izvajanje overitev v obsegu:

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Indukcijski števc:	- prva*	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti. *Indukcijski števc
- delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2	- redna		
- jalove električne energije točnostnega razreda 3	- izredna		*Indukcijski števc jalove električne energije točnostnega razreda 3.
Statični števc	- prva*	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti. Razred 0,2 S se overja samo v prostorih imenovane osebe. *Statični števc
- delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S, 0,5S, 1, 2	- redna		
- jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- izredna		*Statični števc delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S in jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3.
Statični števc:	- redna	Pravilnik o overitvah števcov električne energije (Ur. list RS, št. 18/13 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti.
- delovne električne energije točnostnih razredov A, B, C	- izredna		

Statični števeci: - delovne električne energije točnostnih razredov A, B, 1, 2 - jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3	- redna (statistično vzorčenje)	Pravilnik o overitvah števecv električne energije (Ur. list RS, št. 18/13 40/13 in 66/16)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu v mobilni enoti.
Tokovni merilni transformatorji za števecv električne energije razredov 0,2 in 0,5	- prva - izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike transformatorje (Ur. list RS, 30/02 in 28/06)	Overitev se izvaja v prostorih imenovane osebe.

V predmetni zahtevi gre za zmanjšan obseg imenovanja imenovane osebe, kot izhaja iz spodnje tabele.

Napetostni merilni transformatorji za števecv električne energije razredov 0,1, 0,2 in 0,5	- prva - izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števecv (Ur. list RS, št. 30/02 in 28/06)	Overitev v prostorih imenovane osebe.
--	---------------------	---	---------------------------------------

Vloga za spremembo obsega imenovanja je vsebovala:

- ime firme in naslov vložnika zahteve
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril) oz. se želi razširitev obsega
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva
- podatke o odločbi o imenovanju
- izjavo o veljavnosti zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovost, vnesenih v bazo MIRS-info
- sporočilo, da vložnik nima morebitnih podpogodbnikov
- izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah

Zahtevi je bila priložena priloga:

- akreditacijska listina K-056

S sklepom št. 6416-7/2017/3 z dne 10. 8. 2017 je bila imenovana strokovna komisija z nalogo izvedbe postopka za spremembo obsega imenovanja in priprave mnenja o tem, ali imenovana oseba izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Na podlagi pregleda dokumentacije in ocenjevalnega obiska št. 6416-7/2017/7 je komisija ugotovila, da je bila vloga popolna in ustreza zahtevam za imenovanje iz 3. člena pravilnika.

Imenovana oseba je za navedena področja pridobila akreditacijsko listino K-056 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0163/10-0011 z dne 7. 7. 2017. S to prilogo k akreditacijski listini ji izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:20012 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Skladno s 3. členom Pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med opravljanjem svojih nalog
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,
3. ima zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz imenovanja
4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:
 - predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,
 - predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom o postopku redne overitve meril.

Če osebje imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.

Po pregledu zahteve in v skladu s 5. členom pravilnika izvedenega ocenjevalnega obiska dne 5. 9. 2017 o katerem je sestavljen zapisnik št. 6416-7/2017/7, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info je komisija ugotovila, da je zahteva imenovane osebe za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena.

Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-7/2017/8 z dne 12. 9. 2017 o upravičenosti spremembe obsega imenovanja.

Na podlagi zahteve, zahtevi priložene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za imenovanje v obsegu, ki izhaja iz 1. točke izreka te odločbe in da je zato zahteva utemeljena.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07 in 62/10).

Identifikacijska številka imenovane osebe, ki je navedena v 2. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 5. točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugotodi v omejenem in dogovorjenem obsegu.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. štev. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po ta. št. 1 in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po ta. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZzelP-J in 32/16) sta poravnani.

Postopek vodil:

ga. Mojca Božiček
sekretarka



dr. Samo Kopač
direktor



Vročiti:

- Elektro Maribor d.d., Merilni laboratorij, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Vložiti:

zbirka dokumentarnega gradiva